


1 2




0  
1  
2



異常の確認

- ・超音波制御装置にエラー  
→コードの接触不良, バーの取り付けが悪い
- ・ホルダーやバーが以上に発熱  
→バーの取り付け不良, バーの軸が長い



[Redacted text block]

